

单一来源采购方式专业人员论证意见表

|          |                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 专业人员信息   | 姓名:                                                                                                                                                                                              | 付佳                              |
|          | 职称:                                                                                                                                                                                              | 主                               |
|          | 工作单位:                                                                                                                                                                                            | 河南省中医院                          |
| 项目信息     | 项目名称:                                                                                                                                                                                            | 郑州市第三人民医院螺旋断层放射治疗系统 (TOMO) 采购项目 |
|          | 供应商名称:                                                                                                                                                                                           | 国药器械河南生命科学有限公司                  |
| 专业人员论证意见 | <p>该项目为螺旋断层放射治疗系统 (TOMO) 子肿瘤治疗中理想、精准、安全的。治疗中心与CT影像中心同层，可获得极高定位效果，且设备使用世界唯一之空气的光栅，实现了逐层雕刻式治疗，充分保护患者正常组织，可一次性治疗135cm最长病灶，具有独特性、唯一性，符合政府新购法单一来源采购有关规定。且国药器械河南生命科学有限公司为该项目在河南唯一授权经销商。符合单一来源方式采购。</p> |                                 |
| 专业人员签字   | 付佳                                                                                                                                                                                               | 日期: 2014年8月22日                  |

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。